



## EG-Konformitätserklärung/EC Declaration of Conformity

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit **CE** gekennzeichneten Produkte / *We declare under our sole responsibility, that the **CE** marked products*

**Typ:** 720.06XX und 720.250X

**Model:** 720.06XX und 720.250X

**Beschreibung:** Messwandler und Schaltverstärker

**Description:** Transducer and Amplifier

**Gemäß gültigem Datenblatt:** 720.06XX und 720.250X

**According to the actual datasheet:** 720.06XX und 720.250X

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien / *fulfills the essential requirements of the Directives*

2004/108/EG (EMV) <sup>1)</sup> / 2004/108/EG (EMC) <sup>1)</sup>

94/9/EG (ATEX) / 94/9/EC (ATEX)

97/23/EG (DGRL) <sup>2)</sup> / 97/23/EC (PED) <sup>2)</sup>

2006/95/EG (NSR) / 2006/95/EC (LVD)

erfüllt.

Zur Beurteilung wurden folgende harmonisierte Normen angewandt / *To assess the product's compliance the following harmonized standards were applied:*

**EN 61326-1: 2006**

**EN 61326-2-3: 2006**

**EN 60079-0:2009**

**EN 60079-11:2007**

nur / only 720.06XX:

**EN 60079-26:2007**

**EN 60079-28:2007**

nur / only 720.2501.11, 720.2501.21, 720.2501.17 und / and 720.2501.27:

**EN 61010-1: 2002-08**

<sup>1)</sup> Emission (Gruppe 1, Klasse A) und Störfestigkeit (industrieller Bereich) / *Emission (group 1, class A) and immunity (industrial application)*

<sup>2)</sup> PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil / *PS > 200 bar; Module A, pressure accessory*

Datum / date 19.07.10

  
Karl-Heinz Omet  
Qualitätssicherung  
Elektronik

  
Berthold Ohrmann  
Geschäftsleitung  
PHÖNIX Messtechnik GmbH

PHÖNIX Messtechnik GmbH  
Salzschlirferstr. 13, D-60386 Frankfurt am Main